

BLUETONGUE VIRUS ANTIBODY TEST KIT, cELISA v2

Descriere generala

Aceasta tehnică imunologică, competitivă (cELISA) detectează anticorpii virusului bolii limbii albastre în serul de rumegătoare. Probele de ser care conțin anticorpi ai virusului bluetongue inhibă legarea anticorpilor monoclonali specifici virusului bluetongue cuplați cu peroxidază (HRP) la antigenul viral care căptușeste godeurile de plastic.

Legarea conjugatului, anticorpi monoclonali cuplați cu peroxidază este detectată prin adăugarea substratului enzimatic și cuantificată prin dezvoltarea culorii. O dezvoltare puternică a culorii indică faptul că legarea anticorpilor monoclonali cuplați cu peroxidază a fost puțin blocată sau deloc și totodată absența anticorpilor virusului bluetongue în proba de ser. O dezvoltare slabă a culorii datorată blocării legării anticorpilor monoclonali la antigen pe faza solidă indică prezența anticorpilor anti virusul bolii limbii albastre în proba de ser.

Kitul conține:

Componente	
A Plăci căptușite cu antigen	2 plăci
B Control pozitiv	4 ml
C Control negativ	4 ml
D Conjugat anticorp-peroxidază	16 ml
E Soluție substrat	30 ml
F Soluție de stopare	30 ml
Instrucțiuni de utilizare	

Materiale necesare dar nefurnizate în set

Micropipete mono și multicanal cu volume ajustabile și vârfuri din plastic, plăci de transfer necăptușite cu antigen, spectrofotometru pentru microplăci ELISA cu filtre de 620, 630 sau 650nm, apă distilată sau deionizată, prosoape de hârtie, cronometru, recipiente pentru pipete multicanal, vase pentru spălare, dispozitiv pentru spălarea manuală sau spălător automat de microplăci.

Depozitarea și stabilitatea

Păstrați toți reagenții la 2-8⁰ C. Nu congelați. Reagenții nedeschisi vor fi stabili până la data expirării dacă sunt păstrați conform instrucțiunilor. Nu utilizați setul după data expirării.

Prepararea:

- a. **Încălziți reagenții:** aduceți probele de ser, reagenții și plăcile la temperatura camerei ($23 \pm 2^\circ \text{C}$) înainte de începerea testului.
- b. **Pregătiți controalele și probele:** Controlul pozitiv și negativ (B & C) și probele de testat trebuie să fie diluate 1/2 în Conjugat, anticorp cuplat cu peroxidază (D) pentru utilizarea în acest test. Aceste diluții trebuie să se facă într-o placă de necăptușită cu antigen. Mai întâi, adăugați Conjugatul (D) în godeurile corespunzătoare ale plăcii de transfer, conform înregistrării de configurare. Adăugați în fiecare godeu un volum egal de Control pozitiv (B), Control negativ (C) sau de probă și mixați cu pipeta cel puțin de trei ori pentru a se amesteca. Schimbați vârfurile între probe. Volumul din plăcuța de transfer trebuie să fie mai mare de 50 μl pentru a transfera 50 μl din ea. Pipetați controlul pozitiv (B) în dublu exemplar și controlul negativ (C) în trei exemplare, indiferent de numărul de probe care urmează să fie testate. Când se folosesc plăci întregi, este mai bine să puneți controalele pe diferite zone ale plăcilor. Controalele trebuie să fie pipetate de fiecare dată când testul este efectuat și pe fiecare placă dacă se utilizează mai multe plăci.
- c. **Pregătiți plăcile:** Scoateți plăcile din folie (A). Dacă nu utilizați toată placa, stripurile neutilizate se pot reintroduce în pungă și sigila. Puneți stripurile pe care le veți folosi în cadrul din plastic și numărul de sus al fiecărui rând să rămân orientat cum trebuie. Întotdeauna marcați rândurile în cazul în care vor cadea din cadru în timpul spălării.

Procedeu de testare:

1. Pipetați controalele și probele de ser: Folosind un pipetor setat la 50 μl , încărcăți martorii diluați și probele de ser în plăcuța acoperită cu antigen (A). Probele și controalele trebuie încărcate cât mai repede posibil în plăcuța căptușită cu antigen (A). Schimbați vârfurile între rânduri sau coloane. Bateți de câteva ori în partea laterală a plăcii căptușite cu antigen (A) pentru a vă asigura că probele sunt pe fundul godeurilor. Utilizați cu grijă să nu vărsați probele dintr-un godeu în altul. Incubați placa timp de 30 de minute la temperatura camerei ($23 \pm 2^\circ \text{C}$).
2. Spălarea godeurilor: După incubarea de 30 de minute, spălați placa de 3 ori. *Dacă se utilizează un spălător automat*, placa se așază pe aparatul de spălare și se spală de 3 ori, umplându-se de fiecare dată cu apă distilată sau deionizată.
Dacă se utilizează spălarea manuală, depozitați bine conținutul și îndepărtați serurile și controalele rămase prin lovirea bruscă a plăcii inversate de 4 ori pe un prosop de hârtie curat, lovind o zonă curată de fiecare dată.
Imediat umpleți fiecare godeu cu apă distilată sau deionizată utilizând un dispozitiv de umplere multi-canal sau o sticlă de spălare. Goliți soluția de spălare de pe placă și loviți puternic placa inversată pe un prosop de hârtie curat, ca mai sus. Umpleți și goliți placa cu aceeași metodă de 2 ori suplimentar pentru un total de 3 spălări.
3. Adăugați soluția de substrat: Se adaugă 50 μl de soluție de substrat (E) în fiecare godeu. Bateți de mai multe ori partea laterală a plăcii pentru a vă asigura că substratul acoperă fundul godeurilor. Incubați 10 minute la temperatura camerei ($23 \pm 2^\circ \text{C}$). Evitați lăsarea plăcii în lumina directă a soarelui. **Nu goliți godeurile.**
4. Adăugați soluția de stopare: se adaugă 50 μl soluție de stopare (F) în fiecare godeu. Bateți de mai multe ori partea laterală a plăcii de testare încărcate pentru a amesteca soluția de substrat și soluția de stopare. **Nu goliți godeurile.**

5. Citiți și înregistrați rezultatele testului: Imediat după adăugarea soluției de stopare, plăcuța trebuie citită pe un spectrofotometru de absorbantă cu microplăci. Setati densitatea optică (OD) și citiți la lungimea de undă de 620, 630 sau 650 nm. Unele citiri au nevoie de un godeu gol pentru blank. În acest caz, nu trebuie adăugați reactivi în acest godeu.
6. Returnați toți reactivii kitului rămasi la 2-8 ° C pentru depozitare.

Calculul% inhibării (% I):

$$\% I = 100 [1 - (\text{DO probă} \div \text{DO CN})]$$

Validarea testului

- Media controlului negativ (CN) trebuie să producă o densitate optică > 0.300 și < 2.000 .
- Media controlului pozitiv trebuie să aibă o inhibare de $\geq 60\%$.

Interpretarea rezultatelor

- Dacă o probă de testat produce o inhibare $\geq 60\%$, este pozitivă.
- Dacă o probă de testat produce o inhibare $< 60\%$, este negativă.

Măsuri de precauție

Seturile din componente trebuie manipulate și eliminate ca potențial periculoase. Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în cazul în care se folosesc probele de ser și reactivii din kit. Nu pipetați cu gura. Anumiți reactivi pot fi dăunători dacă sunt înghițiți. Dacă este înghițit, solicitați asistență medicală. Nu utilizați reactivi expirați sau contaminați sau reactivi din alte kituri sau serii. Nu amestecați reactivi din serii diferite ale aceluiași produs.

Componentul B, pozitiv, conține azidă de sodiu 0,09% ca și conservant.

Componenta C, control negativ, conține azidă de sodiu 0,09% ca și conservant.


Componenta D, conjugatul, un anticorp cuplat cu peroxidază, conține ProClin 300, metilizotiazolona și bromonitrodioxanul ca și conservanți.

Componenta F, Soluția de Stopare, conține florură de sodiu.

Version 180327



Antu



Bluetongue Virus Antibody Test Kit, cELISA
Cod produs 5010.20
Etichetă cutie pentru formatul de 2 plăci

DE UZ VETERINAR EXCLUSIV

Cod produs USDA 5010.20

BLUETONGUE VIRUS ANTIBODY TEST KIT, cELISA v2

CATALOG NR: 5010.20-2

SERIE NR:

DATA EXPIRARE:

PĂSTRARE LA 2-7°C

UTILIZAȚI DOAR CONFORM INDICAȚIILOR

LICENȚĂ VETERINARĂ U.S. NR.332

Cutia poștală 502

Pullman, WA 99163 SUA

A	Microplăci căptușite cu antigen	2 plăci
B	Control pozitiv	4ml
C	Control negativ	4ml
D	Conjugat anticorpi-peroxidază	16ml
E	Soluție substrat	30ml
F	Soluție stopare	30ml
Instrucțiuni de utilizare		

Conține reagenți suficienți pentru 182 probe


P : 509.334.5815

techserve@vmrd.com

F: 509.332.5356

www.vmrd.com

Bluetongue Virus Antibody Test Kit, cELISA
Cod produs 5010.20
Etichete componente pentru formatul de 2 plăci



vmrd

**BTv ANTIBODY
TEST KIT, cELISA**
Placă căptușită cu antigen
96 de godeuri
Păstrați la 2-7°C
Lot nr.

A

DE UZ VETERINAR EXCLUSIV
UTILIZATI DOAR CONFORM
INSTRUCTIUNILOR
Lic. Vet. U.S. Nr. 332

5X

vmrd

**BTv ANTIBODY
TEST KIT, cELISA**
Soluție de spălare
concentrată
60ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr.

E

DE UZ VETERINAR EXCLUSIV
UTILIZATI DOAR CONFORM
INSTRUCTIUNILOR
Lic. Vet. U.S. Nr. 332

vmrd

BTv ANTIBODY TEST KIT, cELISA
Control pozitiv - 4ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr.

B

De uz veterinar exclusiv. Utilizați conform instrucțiunilor. Lic. Vet. U.S. Nr. 332

vmrd

BTV ANTIBODY TEST KIT, cELISA
Control negativ - 4ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr

C

De uz veterinar exclusiv. Utilizați conform instrucțiunilor. Lic. Vet. U.S. Nr. 332

vmrd

BTV ANTIBODY TEST KIT, cELISA
Conjugat anticorpi cu peroxidază - 16ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr

D

De uz veterinar exclusiv. Utilizați conform instrucțiunilor. Lic. Vet. U.S. Nr. 332

vmrd

BTV ANTIBODY TEST KIT, cELISA
Soluție substrat - 30ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr

F

De uz veterinar exclusiv. Utilizați conform instrucțiunilor. Lic. Vet. U.S. Nr. 332

vmrd

BTV ANTIBODY TEST KIT, cELISA
Soluție stopare - 30ml
Păstrați la 2-7°C
Lot nr

G

De uz veterinar exclusiv. Utilizați conform instrucțiunilor. Lic. Vet. U.S. Nr. 332

