

ROMALEXINĂ LIOFILIZATĂ

Reagent de diagnostic pentru reacția de fixare a complementului (RFC)

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov

Telefon :021 350 31 06, 021 350 31 07; 021 352.23.52; Tel. Livrări: 0372.772.157

Fax: 021 350 31 10; 021 352 75 84; Fax Livrări: 021 350.31.11

Website: www.romvac.ro; E-mail: romvac @ romvac.ro

DENUMIREA PRODUSULUI:

ROMALEXINA LIOFILIZATĂ

Reagent de diagnostic pentru reacția de fixare a complementului (RFC)

INDICAȚII

ROMALEXINA este destinată laboratoarelor de diagnostic serologic pentru a fi folosită în testul de fixare a complementului.

MATERIALE SUPLIMENTARE NECESARE UTILIZĂRII REAGENTULUI

Sticlărie de laborator; Ser fiziologic (pH 7-7,2); Baie Marie (+37°C); Sistem hemolitic; Centrifugă

MOD DE PREZENTARE

ROMALEXINA se livrează în flacoane tip 2R de capacitate 4 ml din sticlă clasa hidrolitică, cu 1 ml ser normal de cobai sub formă liofilizată și se prezintă sub formă de peletă compactă de culoare gălbui-roșcată. Flacoanele sunt închise cu dopuri de cauciuc atoxic alimentar sterilă (Φ13 mm) și sigilate cu capse de aluminiu (Φ13 mm) și sunt ambalate câte 120 în cutii colective.

Pe fiecare flacon este specificat dozajul și titrul la diluția de lucru (diluția 1/10), astfel:

Doze	100	80	70	60	55	50	45	40	38	35	32	30	28	26	25	24
Titru (ml)	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40

CONTRAINDICAȚII

Nu este cazul

FORMA FARMACEUTICĂ

Peletă liofilizată

MODUL DE UTILIZARE

Înainte de folosire ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se rehidratează prin adăugarea 1 ml apă distilată, per flacon. După rehidratare produsul se folosește numai în ziua respectivă.

ROMALEXINĂ LIOFILIZATĂ

Reagent de diagnostic pentru reacția de fixare a complementului (RFC)

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov

Telefon :021 350 31 06, 021 350 31 07; 021 352.23.52; Tel. Livrări: 0372.772.157

Fax: 021 350 31 10; 021 352 75 84; Fax Livrări: 021 350.31.11

Website: www.romvac.ro; E-mail: romvac @ romvac.ro

DENUMIREA PRODUSULUI:

ROMALEXINA LIOFILIZATĂ

Reagent de diagnostic pentru reacția de fixare a complementului (RFC)

INDICAȚII

ROMALEXINA este destinată laboratoarelor de diagnostic serologic pentru a fi folosită în testul de fixare a complementului.

MATERIALE SUPLIMENTARE NECESARE UTILIZĂRII REAGENTULUI

Sticlărie de laborator; Ser fiziologic (pH 7-7,2); Baie Marie (+37°C); Sistem hemolitic; Centrifugă

MOD DE PREZENTARE

ROMALEXINA se livrează în flacoane tip 2R de capacitate 4 ml din sticlă clasa hidrolitică, cu 1 ml ser normal de cobai sub formă liofilizată și se prezintă sub formă de peletă compactă de culoare gălbui-roșcată. Flacoanele sunt închise cu dopuri de cauciuc atoxic alimentar sterilă (Φ13 mm) și sigilate cu capse de aluminiu (Φ13 mm) și sunt ambalate câte 120 în cutii colective.

Pe fiecare flacon este specificat dozajul și titrul la diluția de lucru (diluția 1/10), astfel:

Doze	100	80	70	60	55	50	45	40	38	35	32	30	28	26	25	24
Titru (ml)	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40

CONTRAINDICAȚII

Nu este cazul

FORMA FARMACEUTICĂ

Peletă liofilizată

MODUL DE UTILIZARE

Înainte de folosire ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se rehidratează prin adăugarea 1 ml apă distilată, per flacon. După rehidratare produsul se folosește numai în ziua respectivă.

După rehidratare ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se diluează 1/10 în ser fiziologic, repartizându-se în tuburi cantități crescânde de la 0,1 la 0,4 ml, cu intervalul cantităților de 0,02 ml.

În fiecare tub se adaugă ser fiziologic, astfel încât să se ajungă la volumul de 1,5 ml/tub, apoi în fiecare tub se adaugă sistemul hemolitic, care conține ser hemolitic anti-oaie (4 U.H.) și hematii de oaie 1,25% (spălate cu ser fiziologic de 2-5 ori, prin centrifugări la 1500 rpm timp de 10 minute) în volum de 1 ml/tub. Tuburile cu probe de testat sunt incubate în baie de apă 15 minute la 37°C.

Interpretarea rezultatelor: titrul este dat de tubul cu cea mai mică cantitate de alexină care determină liza totală a hematilor.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider +2/+ 8°C pe toată perioada de valabilitate

A se transporta în condiții de refrigerare (+2°C/+8°C). A nu se congela.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe eticheta cutiei sau a flaconului.

După rehidratare produsul se folosește numai în ziua respectivă.

Nu utilizați reagenți expirați sau dacă există semne vizibile de deteriorare.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Persoanele care manipulează produsul trebuie să respecte Normele de biosecuritate a muncii și Normele sanitare veterinare de lucru.

Nu se folosesc reagenți expirați.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se utilizează cu respectarea măsurilor de protecție a personalului și a mediului.

Produsul ROMALEXINA LIOFILIZATĂ neutilizat sau deșeurile provenite din acest produs sunt eliminate conform cu cerințele locale (proceduri de operare standard). Pentru protecția mediului produsul rămas neutilizat sau deșeurile nu trebuie aruncate în ape reziduale sau la resturile menajere.

După distrugerea deșeurilor (provenite din acest produs), realizată prin fierbere, incinerare sau imersie într-un dezinfecțant corepunzător aprobat pentru utilizare de către autoritățile competente, acestea sunt depuse în locuri special amenajate. Astfel, după utilizarea produsului, flacoanele și dopurile de cauciuc se decontaminează chimic sau termic și se elimină pe linia specifică fiecărui (sticlă, cauciuc, aluminiu).

VALABILITATE

ROMALEXINA are o valabilitate de 24 luni de la data condiționării

ULTIMA REVIZIE A PROSPECTULUI

SEPTEMBRIE 2017.

ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului Autorizației de Fabricație

**Rugăm a însoți orice reclamație cu numărul de serie
înscris pe flacon sau pe cutie.**

După rehidratare ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se diluează 1/10 în ser fiziologic, repartizându-se în tuburi cantități crescânde de la 0,1 la 0,4 ml, cu intervalul cantităților de 0,02 ml.

În fiecare tub se adaugă ser fiziologic, astfel încât să se ajungă la volumul de 1,5 ml/tub, apoi în fiecare tub se adaugă sistemul hemolitic, care conține ser hemolitic anti-oaie (4 U.H.) și hematii de oaie 1,25% (spălate cu ser fiziologic de 2-5 ori, prin centrifugări la 1500 rpm timp de 10 minute) în volum de 1 ml/tub. Tuburile cu probe de testat sunt incubate în baie de apă 15 minute la 37°C.

Interpretarea rezultatelor: titrul este dat de tubul cu cea mai mică cantitate de alexină care determină liza totală a hematilor.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider +2/+ 8°C pe toată perioada de valabilitate

A se transporta în condiții de refrigerare (+2°C/+8°C). A nu se congela.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe eticheta cutiei sau a flaconului.

După rehidratare produsul se folosește numai în ziua respectivă.

Nu utilizați reagenți expirați sau dacă există semne vizibile de deteriorare.

ATENȚIONARI SPECIALE

Persoanele care manipulează produsul trebuie să respecte Normele de biosecuritate a muncii și Normele sanitare veterinare de lucru.

Nu se folosesc reagenți expirați.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

ROMALEXINA LIOFILIZATĂ se utilizează cu respectarea măsurilor de protecție a personalului și a mediului.

Produsul ROMALEXINA LIOFILIZATĂ neutilizat sau deșeurile provenite din acest produs sunt eliminate conform cu cerințele locale (proceduri de operare standard). Pentru protecția mediului produsul rămas neutilizat sau deșeurile nu trebuie aruncate în ape reziduale sau la resturile menajere.

După distrugerea deșeurilor (provenite din acest produs), realizată prin fierbere, incinerare sau imersie într-un dezinfecțant corepunzător aprobat pentru utilizare de către autoritățile competente, acestea sunt depuse în locuri special amenajate. Astfel, după utilizarea produsului, flacoanele și dopurile de cauciuc se decontaminează chimic sau termic și se elimină pe linia specifică fiecărui (sticlă, cauciuc, aluminiu).

VALABILITATE

ROMALEXINA are o valabilitate de 24 luni de la data condiționării

ULTIMA REVIZIE A PROSPECTULUI

SEPTEMBRIE 2017.

ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului Autorizației de Fabricație

**Rugăm a însoți orice reclamație cu numărul de serie
înscris pe flacon sau pe cutie.**

Model de etichete

Romvac

Company ROMALEXINA LIOFILIZATA

Tel.: 021 3503109

Reagent de diagnostic pentru reacție de fixare a complementului (RFC)

FORMA DE PREZENTARE: Ser normal de cibăi - liofilizat

DIMENSIUNE AMBALAJ: 130 flacone x 24-100 doze / tubu steril 0,40-0,10 (1/10)

INDICAȚII: În laboratoarele de diagnostic serologic în testul de fixare a complementului.

MOD DE UTILIZARE: Conform prospectului.

VALABILITATE: După rehidratare= 12 ore.

DEPOZITARE SI TRANSPORT: +2° / +5°C, protejat de lumina, inghet, umiditate.

PRECAUȚII SPECIALE: Disecantele se vor depozita în spații special amenajate.

A nu se lase la încercarea copiilor!

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE:

Numar serie:

- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -

Romvac ROMALEXINA LIOFILIZATA
Reagent de diagnostic pentru reacție de fixare a complementului (RFC).
Pentru animalele de companie.
Conditie fizica: 1 tub. Recipientare 10
Numar doze x Recipient: 24-100. Tubulatură 0,40-0,10 (1/10)
Mod de utilizare: Conform prospectului. Temperatura +2-+5°C
Nr. Seria: Verificare: Data: Expirare: +2-+5°C
- NUMAI PENTRU UZ VETERINAR -